



檢驗科公告

發布日期：114.3.10 人員：林奇勇 分機：1120 編號：

公告對象：

- 檢驗科同仁
- 檢驗科外部顧客及相關醫療單位醫護同仁

主旨：

檢驗科檢驗項目警示值以及危急值設定異動

公告內容：

- 1.經 2025 年 2 月醫務會議決議，檢驗科檢驗項目警示值與危急值設定如下
- 2.警示值與危急值皆會以 team plus 通知開單醫師或值班醫師，危急值須於通知後 1 小時內回覆，若無回覆，檢驗科會以電話通知。危急值也須填寫處置內容。
3. 如有相關問題，請聯繫檢驗科，分機 1120。

檢驗科異常危急值設定

院內碼	項目	對象	警示值(Alert values)		危急值(Critical values)	
			低值(≤)	高值(≥)	低值(≤)	高值(≥)
glu、gluac、glupc、glu1、glu2、glu3	Glucose		50 mg/dl	500 mg/dl	50 mg/dl	
		兒童(0-14歲)	30 mg/dl	300 mg/dl	30 mg/dl	
ca	Ca ⁺⁺		6 meq/l	13 meq/l		14 meq/l
na	Na ⁺		120 meq/l	160 meq/l	120 meq/l	
k	K ⁺		2.5 meq/l	6.0 meq/l	2.0 meq/l	6.5 meq/l
amy	Amylase			400 U/L		
lip	Lipase			300 U/ml		
bun	B. U. N			80 mg/dl		
bilt	T-Bilirubin			10 mg/dl		
		新生兒(<30天)		18 mg/dl		
bgas	Blood PH.		7.2	7.6		
		兒童(0-14歲)	7.2	7.5		
	Blood PCO2		20 mmHg	70 mmHg		
		兒童(0-14歲)	20 mmHg	60 mmHg		
Blood PO2		40 mmHg				
cr	Creatinine			8.0 mg/dl		
got	GOT			500 U/L		
gpt	GPT			500 U/L		
amm	Ammonia			150 ug/dl		
alc	Alcohol			300mg/dl		
dig	Digoxin			2.0 ng/ml		
		兒童(0-14歲)		2.5 ng/ml		
the	Theophylline			20 ug/ml		
dil	Dilantin			20 ug/ml		
phenb	Luminal			30 ug/ml		
gen	Gentamicin			12 ug/ml		
van	vancomycin			15 ug/ml		
hb	Hb		7.0 g/dl	18.5 g/dl		
		兒童(0-14歲)	7.0 g/dl	21 g/dl		
plt	Platelet		30000 μl	1000*10 ³ μl		
pt	PT INR			3.5		
aptt	APTT			80 sec		
culbl	Blood culture		陽性報告			
crp	CRP			15 mg/dl		
		兒童(0-14歲)		18 mg/dl		
wbc	WBC		3000 μl	25000 μl		
ds24、ds12	唐氏症篩檢			1/270		
alb	Albumin		2.0 g/dl			
cham、cham1、cham2、chamf	羊水報告		染色體異常			
ada	Adenosine Deaminase		70 U/L			
tnt	Troponin I			0.5 ng/ml		

99年12月1日制定

年 月 日修訂

2.檢驗項目說明如下：

檢驗名稱	CA 15-3	中文名稱	CA 15-3 腫瘤標記
檢驗代碼	ca153	健保編號(點數)	12078C (400)

PS：本單通知事項同步公告於檢驗科網站，僅此敬告週知。

組長查核：

檢驗科主任確認：